


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO	QT
1	100	UN	30.10.000171 - SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, QUE PERMITA A FIXAÇÃO EM DIFERENTES POSIÇÕES, PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO E ATÓXICO, VAZADA, ISENTO DE REBARBAS E ACABAMENTO PERFEITO. EMBALADOS EM PACOTES COM 40 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	100
2	4	UN	30.10.000290 - RESINA COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR OA2 PARA DENTINA, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KULZER.	4
3	12	SE	30.10.000326 - ÁCIDO FOSFÓRICO CONDICIONADOR GEL PARA ESMALTE E DENTINA A 37% ACONDICIONADO EM SERINGA DE 2,5ML, COM DADOS SOBRE O PRODUTO NA EMBALAGEM, LOTE, DATA DE VALIDADE, BULA, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COND AC 37. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	12
4	6	UN	30.10.000327 - REFIL DO PRIMER COMPATIVEL AO DO KIT SCOTHBOND MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SCOTHBOND MULTIUSO. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	6
5	24	CX	30.10.000328 - AGULHA GENGIVAL COM ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGA CARPULE, 30G, CURTA, SILICONIZADAS E ESTERILIZADAS, COM BISEL TRIFACETADO, SEM REBARBAS E AFIADO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL. NA CAIXA ACONDICIONADORA, DEVE CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES. PADRÕES DE QUALIDADE UNOJET DFL, INJEX OU SUPERIORES. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	24



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




6	6	FR	30.10.000330 - ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA A 20%, COM DADOS SOBRE O PRODUTO NA EMBALAGEM, LOTE, DATA DE VALIDADE, BULA, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO COM 12GRAMAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR BENZOTOP. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	6
7	24	UN	30.10.000331 - ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM VASOCONSTRITOR CLORIDRATO DE FENILEFRINA EM TUBETES PARA SERINGA TIPO CARPULE COM 1,8ML, COM DADOS SOBRE O PRODUTO NA EMBALAGEM, LOTE, DATA DE VALIDADE, BULA, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 50 TUBETES. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR NOVOCOLPRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	24
8	2	CJ	30.10.000333 - IONÔMERO, CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. KIT COM PÓ E LIQUÍDO, COR A2. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR: MAXXION R PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS ESPECIFICAS.	2
9	48	PT	30.10.000338 - BABADOR DESCARTÁVEL COM ALTA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS, COM DUAS CAMADAS DE PAPEL E UMA CAMADA DE PLÁSTICO, DIMENSÕES 33X 48. PACOTE COM 100 UNIDADES. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR EURONDA. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	48
10	20	CX	30.10.000339 - BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTAL COM GRANULAÇÃO EXTRA FINA, MICROPULVERIZADO, ASSOCIADO A AGENTE DESSECANTE, SEM AROMAS OU SABORES EM SACHES DE 40 G.TRAZER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,LOTE,VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 15 SACHÊS. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	20
11	24	UN	30.10.000341 - BROCA SHOFU PONTA DE LANÇA PARA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	24
12	24	UN	30.10.000342 - BROCA SHOFU PONTA DE LANÇA PARA CONTRA ANGULO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	24
13	24	UN	30.10.000344 - BROCA SHOFU ESFÉRICA PARA CONTRA ÂNGULO MATERIAL AÇO	CANCELADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




			INOXIDÁVEL. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	
14	30	UN	30.10.000345 - BROCA DE AÇO CARBONO ESFÉRICA NÚMERO 2, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
15	30	UN	30.10.000346 - BROCA DE AÇO CARBONO ESFÉRICA NÚMERO 4, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
16	30	UN	30.10.000347 - BROCA DE AÇO CARBONO ESFÉRICA NÚMERO 6, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITEPRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




17	30	UN	30.10.000348 - BROCA DE AÇO CARBONO ESFÉRICA NÚMERO 8, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
18	30	UN	30.10.000349 - BROCA DE AÇO CARBONO ESFÉRICA NÚMERO 10, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
19	30	UN	30.10.000350 - BROCA DE AÇO CARBONO ESFÉRICA NÚMERO 12, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO, ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
20	30	UN	30.10.000351 - BROCA DE AÇO 1557 PARA PREPARO CAVITÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




			ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	
21	30	UN	30.10.000352 - BROCA DE AÇO ESFÉRICA 1/2 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
22	40	UN	30.10.000353 - PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA 1090 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	40
23	30	UN	30.10.000354 - PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA 1062 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




24	40	UN	30.10.000355 - PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1031 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	40
25	30	UN	30.10.000356 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
26	30	UN	30.10.000357 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




27	30	UN	30.10.000358 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 PARA PREPARO CAVITÁRIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM CALOR SECO E ÚMIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SSWHITE PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
28	2	UN	30.10.000359 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA PREPARO CAVITÁRIO, ACOPLAMENTO TIPO BORDEN DOIS FUROS, COM SISTEMA DE TROCA DE BROCAS PRESS BUTON, ROLAMENTOS DE CERÂMICA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (ATÉ 64 DECIBÉIS), BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO, EXTRA TORQUE, ESTERILIZÁVEL ATÉ 135 GRAUS CELSIUS, ROTAÇÃO MÁXIMA 380.000 RPM, PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KAVO. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 20%	2
29	4	FR	30.10.000365 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM 5L PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	4
30	12	EMB	30.10.000366 - DISCO POLIMENTO DE RESINA GRANULAÇÃO SUPERFINA, DISCO CENTRAL METÁLICO QUE PERMITA ENCAIXE EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO SISTEMA PRÁXIS, EMBALAGEM COM 30 UND PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SOF-LEX PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	12
31	12	EMB	30.10.000367 - DISCO POLIMENTO DE RESINA GRANULAÇÃO FINA, DISCO CENTRAL METÁLICO QUE PERMITA ENCAIXE EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO SISTEMA PRÁXIS EMBALAGEM COM 30 UND. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SOF-LEX PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	12
32	12	EMB	30.10.000368 - DISCO POLIMENTO DE RESINA GRANULAÇÃO MÉDIA, DISCO CENTRAL METÁLICO QUE PERMITA ENCAIXE EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO SISTEMA PRÁXIS EMBALAGEM COM 30 UND. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SOF-LEX PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	12



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




33	12	EMB	30.10.000369 - DISCO POLIMENTO DE RESINA GRANULAÇÃO GROSSA, DISCO CENTRAL METÁLICO QUE PERMITA ENCAIXE EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO SISTEMA PRÁXIS EMBALAGEM COM 30 UND PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SOFLEX PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	12
34	30	UN	30.10.000371 - ESCOVA DE ROBINSON PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	30
35	40	UN	30.10.000372 - ESPELHO BUCAL NUMERO 05 PLANO, COM SUPORTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ADAPTÁVEL M CABOS DE MODELO UNIVERSAL, COM BOA VISIBILIDADE EM PRIMEIRO PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO, LUMINOSIDADE TOTAL, SEM MANCHAS. O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA, SEM PERDER O PODER DE REFLEXÃO E SEM EMBAÇAR OU APRESENTAR MANCHAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	40
36	12	RL	30.10.000375 - FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA NA SUPERFÍCIE INTERPROXIMAL, COMFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, COM AROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, SEM IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO. EMBALADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM 100M, TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR SANIFILL. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	12
37	4	FR	30.10.000378 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, POSSUI AÇÃO ADSTRINGENTE, NÃO APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO EPINEFRINA, PODENDO ASSIM SER UTILIZADO EM PACIENTES CARDÍACOS. FRASCO COM 10ML PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR BIODINAMICA PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	4
38	2	UN	30.10.000379 - IONÔMERO, CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR VITRO FILL LC. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	2
39	8	CX	30.10.000380 - IDENTIFICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CAIXA COM 25 TIRAS PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR EMULADOR TST BROWMER PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	8



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




40	6	FR	30.10.000381 - LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E MICROMOTORES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM O ATRITO DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS DE SPRAY COM BICO APLICADOR ADAPTÁVEL ÀS CANETAS E AOS MICROMOTORES COM APROXIMADAMENTE 200ML DE CONTEÚDO, TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR KAVO. PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	6
41	36	UN	30.10.000388 - AFIADOR, PEDRA ARKANSAS ESFÉRICA PARA USO EM CONTRA ÂNGULO PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	CANCELADO
42	4	UN	30.10.000394 - RESINA COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 PARA ESMALTE, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KULZER.	4
43	2	UN	30.10.000395 - RESINA COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B1 PARA ESMALTE, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KULZER.	2
44	2	UN	30.10.000396 - RESINA COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2 PARA ESMALTE, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KULZER.	2
45	100	PT	30.10.000401 - ROLO DENTAL DE ALGODÃO N 1 COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COMPACTO, SEM REBARBAS, RÍGIDO, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE 100% ALGODÃO PACOTE COM 100UND. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR CREMER PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	100
46	8	CX	30.10.000402 - TESTE MICROBIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI CAIXA COM 10 UNIDADES PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR CRISTOFOLI PRODUZIDO E TESTADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	8



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU




47	30	UN	30.10.000405 - TAÇA DE BORRACHA ABRASIVA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ENCAIXAR EM CONTRA ÂNGULO KAVO. PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	30
48	60	UN	30.10.000409 - FITA PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE.TENDO , EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. QUE PROPORCIONE O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONANDO COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POR POSSUIR LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR CREMER PRODUZIDA E TESTADA CONFORME NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.	60
49	36	UN	30.10.000418 - PONTA ARKANSAS TRONCO CÔNICA BRANCA, 1,6MM, FG NÚMERO 122. PEDRA BRANCA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, NÃO CORTA O ESMALTE DENTÁRIO. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	36
50	4	UN	30.10.000423 - RESINA COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 PARA ESMALTE, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KULZER.	4
51	2	UN	30.10.000433 - CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ODONTOLÓGICO, RADIOPACO, QUIMICAMENTE ATIVADO, RESISTENTE À COMPRESSÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES SEM INTERFERIR NA COLORAÇÃO E POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS. EMBALADO EM TUBOS CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALIZADORA EM SEPARADO E BLOCO PARA MANIPULAÇÃO. TRAZER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,LOTE,VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2
52	50	TB	30.10.000434 - CREME DENTAL COM FLÚOR, EMBALAGEM DE 90G PARA USO DIÁRIO (PARA SER USADO NO PROJETO DO ESCOVÁRIO).	50
53	2	FR	30.10.000436 - PARAMONOCLOROFENOL. FRASCO COM 20 ML.	2
54	2	UN	30.10.000437 - VASELINA SÓLIDA EMBALADA EM TUBO PLÁSTICO 90G.	CANCELADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



55	56	FR	30.10.000439 - FLUORETO DE SÓDIO A 1,23% PARA APLICAÇÃO TÓPICA QUE PERMITA APLICAÇÃO SEM ESCORRER, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 200ML, PROVIDO DE BICO QUE POSSIBILITE CONTROLE DE ESCAPE TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,LOTE,VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	56
56	12	CX	30.10.000445-TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO PROXIMAL DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COM CENTRO NEUTRO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO E GRANULAÇÕES DIFERENTES NAS DUAS EXTREMIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO, ATÓXICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE COMPRIMENTO E 0,4MM DE ESPESSURA, EM EMBALAGENS COM 150 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,LOTE,VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	12
57	10	CX	30.10.000447 - FITA DE POLIESTER PARA CONFECCIONAR PROXIMAIS EM RESINA. FORMA DE CONDICIONAMENTO CAIXA COM 50 UNIDADES.	10
58	12	UN	30.10.000448 - PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO.	12
59	12	FR	30.10.000451 - AGUA OXIGENADA 10VOL. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 100ML.	CANCELADO
60	4	UN	30.10.000457 - VERNIZ DE FLÚOR: VERNIZ COM 5 % DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS, COM COR AMARELADA PARA CONTROLE VISUAL DURANTE A APLICAÇÃO. FRASCO COM 10 ML.	4
61	4	KIT	30.10.000459 - PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO EM RESINAS EM GERAL. CONTÉM 3 PONTAS PARA O ACABAMENTO (USADAS PRIMEIRAMENTE) E 3 PONTAS PARA POLIMENTO E BRILHO. HASTES FABRICADAS EM AÇO, AUTOCLAVÁVEL.	4
62	6	UN	30.10.000460 - REFIL DO ADESIVO DO KIT SCOTHBOND: UTILIZADO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS A ESTRUTURA DENTAL, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA.	6
63	2	KIT	30.10.000464 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. FRASCO DO PÓ COM 10 G E LÍQUIDO COM 8 ML.	2
64	4	UN	30.10.000465 - PEDRA ARKANSAS RETANGULAR, UTILIZADA PARA AFIAR CURETAS PERIODONTAIS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	CANCELADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
Coordenadoria de Suprimentos - CSU



65	30	UN	30.10.000467 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1045 FG. CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	30
66	40	UN	30.10.000468 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE EM CHAMA 1190 F - FG. CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE VERMELHA DE GRANULAÇÃO FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO. MARGEM DE PREFERENCIA DECRETO 7767/2012 15%	40
67	4	KIT	30.10.000469 - KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA, CONTENDO TAÇAS E OGIVAS DE BORRACHA ABRASIVA PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA COM 8 UNIDADES. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL U SUPERIOR A KG SORENSEN.	4
68	4	KIT	30.10.000473 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, POSSUI CARACTERÍSTICAS SEDATIVAS, ASPECTO FÍSICO PÓ E LÍQUIDO. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IRM. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE KIT COM FRASCO DE PÓ COM 50G E FRASCO DE LÍQUIDO COM 18ML.	CANCELADO
69	1	KIT	30.10.000475 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO MAIS PÓ, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, DEVE SER COMPATÍVEL COM TODOS MATERIAIS RESTAURADORES, REGISTRO NA ANVISA.	1